



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация



**Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

ЗАПОВЕД

№ А 234

София, 25.06.2019 г.

На основание на чл. 10, ал. 1, т. 2а, от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието във връзка с т. 4.3.8 е) и ф) от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад вх. № 328/60 ЛИ/21/В/22.01.2019 г., анекс вх. № 328/60 ЛИ/25/В/28.01.2019 г., Декларация вх.№ 328/60 ЛИ/24/Р/19.02.2019 г. и заповед № А 233/25.06.2019г.

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 573/28.10.2016 г., издадени на:

**ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА при
ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"**

Адрес на управление и на лаборатория:
1592 София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

както следва:

Да извършва изпитване на:

№ по ред	Изпитвани продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
1.	Електронни, радио и механични продукти, въоръжение и техника	1.1. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване А: Студ 1.1.1. външен вид, наличие на външни изменения.	БДС EN 60068-2-1
		1.2. Изпитване на въздействия на околната среда. Изпитване В: Суха топлина (до + 85 °С) 1.2.1.външен вид, наличие на външни изменения.	БДС EN 60068-2-2
		1.3. Изпитване на въздействия на околната среда. Изпитване Db: Влажна топлина, циклично (цикъл 12+12 часа) 1.3.1.външен вид, наличие на външни изменения.	БДС EN 60068-2-30

1	2	3	4
		<p>1.4. Изпитване на въздействия на околната среда. Изпитване N: Промени на температурата (Изпитване Na и Nb; до + 85 °C) 1.4.1. външен вид, наличие на външни изменения.</p>	БДС EN 60068-2-14
		<p>1.5. Изпитване на въздействия на околната среда. Изпитване Ka: Солена мъгла 1.5.1. външен вид, наличие на външни изменения.</p>	БДС EN 60068-2-11
		<p>1.6. Изпитване на въздействия на околната среда. Изпитване M: Ниско атмосферно налягане (от 13,33 kPa до 66,66 kPa) 1.6.1. външен вид, наличие на външни изменения.</p>	БДС EN 60068-2-13
		<p>1.7. Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на въздействие на скреж и роса. 1.7.1. външен вид, наличие на външни изменения.</p>	БДС 16487
2.	Обвивки на електрически съоръжения с обявено напрежение не по-високо до 72,5 kV	<p>Проверка на степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). Степени на защита срещу проникване на вода, означавани с втора характеристична цифра. Проверка на степента на защита чрез проникване на вода, за да не предизвика: 2.1. нарушаване на правилната работа на съоръжението и безопасността му чрез измерване на ток, напрежение и изолационно съпротивление; 2.2. отлагане и омокряне на тоководещи участъци, предизвикващи утечен ток; 2.3. събиране на вода до кабелен край и навлизане в кабел.</p>	БДС 60529+A1:2004, т. 14
3.	Бронежилетки	<p>3.1. Балистична устойчивост. Бронежилетка тип I, II, IIIA, III, Специален. 3.1.1. Наличие на пробив/ частичен пробив от куршум, осколка от куршум или част от бронеплоча/вложка; 3.1.2. Дълбочина на отпечатъка (по-голяма/по-малка от 44 mm).</p>	NIJ Standart 0101.04
		<p>3.2. Устойчивост срещу пробождане с нож. Ниво на защита 1 и 2. 3.2.1. Дълбочина на пробождане за: - ниво 1/E1 и 2/E1 до 7 mm; - ниво 1/E2 и 2/E2 до 20 mm.</p>	NIJ Standart 0115.00

1	2	3	4
4.	Индивидуални материали и бойни дрехи	Балистичен метод за определяне на V50 с имитатор на осколки. Анекс А, А.3 с маса 1,1 г. Скорост V50. Данни за изстрелите, използвани при изчисляването на скоростта.	STANAG 2920 Ed.2:2003

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 60 ЛИ/25.06.2019г., валиден до 28.10.2020 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от ръководителя на **ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"**, ръководителя на **ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА при ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"**, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 60 ЛИ/28.10.2016г., валиден до 28.10.2020 г. и приложение заповед за акредитация № А 573/28.10.2016 г.

Настоящата заповед да се съобщи на **ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"** в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА:
Изпълнителен директор
На ИА „Българска служба
за акредитация“

